

« _____ » _____ 20__ года

Акт вывода из коммерческого учета
 узла учета тепловой энергии у потребителя в многоквартирном доме
 по адресу: Челябинская область, город Озерск, Загородка 30
 от 23.11.21г

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у
 потребителя, в ходе осмотра установлена комплектность узла учета:

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Показания прибора на момент вывода	Наличие пломбы	Примечание
Т/В Керат - 307	06422416		в наличии	
расходомер	65269517		в наличии	
Керат 559-65	65272817		в наличии	
Термообразователь	16181		в наличии	
КТПТР-01	16181А		в наличии	
расходомер ТВС ВСКМ-40	440102160		в наличии	
расходомер центр. ТВС СТБ-20	34199982		в наличии	
термообразователь ТВС КТТРОБ №3606 №3606А			в наличии в наличии	

выявлено, что узел учета тепловой энергии неисправен, а именно:

Истец срок поверки.

ПОДПИСИ:

Ответственный представитель Управляющей организации представителя потребителя
 ООО "УК "Система" И.И. Игнатьев Игнатьев О.И. 80976 Игнатьев 23.11.21г
 (должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Ответственный представитель Теплоснабжающей организации Филиала АО "РИР"
 в г. Озерске _____
 (должность, фамилия, номер телефона, подпись, дата)

Узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:

- а) отсутствие результатов измерений; б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей; г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.